

附件 1

妇科检查床参数

一、总体需求

(一) 交货时间：自合同签订之日起 30 日历天内完成安装、调试、验收合格并投入使用。

(二) 质量要求：符合国家、省、县及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。

(三) 设备应为全新设备，出厂日期不得早于合同签订之日起的前半年（不得提供库存机），否则拒绝对运抵货物的接收，质保期 ≥ 1 年。

二、妇科检查床参数

(一) 产品上下升降、背板上下折、前后倾是由电动推杆提供动力驱动，电机系统采用知名品牌厂商，可保证使用寿命长、性能稳定、噪声低、操作灵活方便。

(二) 床体由不锈钢、铝合金、展性铸铁等高级材料构成，其中底座、升降柱等主要传动结构全部用 304 优质不锈钢制作，表面光洁，美观易清洁，耐腐蚀，喷塑后机械强度高。

(三) 床垫采用一次发泡成型，床面的无缝设计，更有利于设备的清洁和医护人员的清理和防护。

(四) 三段式床身设计适用于各种妇科手术，符合人体工程学设计，能有效降低医护人员的劳动强度。

(五) 床板由抗污、抗酸碱的高强度原料组成，耐火耐用，X 线穿透性良好。减压记忆床垫，抗静电，可防褥疮的

发生。

（六）配置的辅助台可拆卸，各种配件可以灵活搭配，满足各种手术需要。

（七）选配应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。